



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYA TEL. 59 8635 325

Łębork, dn. 05.02.2025 r.

**Uczestnicy konkursu
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych
badań laboratoryjnych na rzecz SPS ZOZ w Łęborku (2025-2027)**

Komisja konkursowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. anty X czynnik. Proponujemy oznaczenie czynnika X. Wynik jest wydawany w [%].
 - **Komisja konkursowa informuje, że wymaga badania anty-Xa w pozycji 32 oraz aktywności czynnika X w pozycji 31 (w procentach).**
2. antygen HLA B27. Czy chodzi o antygen zgodności tkankowej wykonywany metodą cytometrii przepływowej?
 - **Komisja konkursowa informuje, że wymaga badania w kierunku zeszytniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Wykrywanie obecności genu HLA B27 metodą PCR.**
3. antygen HLA B27. Czy chodzi o antygen zgodności tkankowej wykonywany metodą cytometrii przepływowej?
 - **J.w. w pkt 2**
4. białko c wolne w osoczu. Proszę o doprecyzowanie pozycji - czy chodzi o oznaczenie antygenu białka C - tj. to samo w pozycjach 46 i 33?
 - **Komisja konkursowa informuje, że wymaga badania: białko c, aktywność**
5. białko s wolne w osoczu. Proszę o doprecyzowanie pozycji - czy chodzi o oznaczenie antygenu białka S - tj. to samo w pozycjach 47 i 34?
 - **Komisja konkursowa informuje, że wymaga badania: białko s, aktywność.**
6. dopełniacz-składowa C. Proszę o doprecyzowanie dokładnej składowej. Czy może chodzi o aktywność białka C?
 - **Komisja konkursowa informuje, że wymaga badania: C3s.**
7. dopełniacz-składowa S. Proszę o weryfikację, czy chodzi o składową S? Może chodzi o aktywność białka S?
 - **Komisja konkursowa informuje, że chodzi o aktywność białka s, powtórzona pozycja 49.**
8. esteraza nieswoista. Proponujemy: Barwienie cytochemiczne - NSE+SAE (akt. esterazy nieswoistej i swoistej w leukocytach). Czy zamawiający wyraża zgodę?
 - **Komisja konkursowa informuje, że dopuszcza proponowane badania.**
9. hemoglobina płodowa. Proponujemy badanie: Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo w patologii ciąży w niedokrwistościach (cytometrią przepływową). Czy zamawiający wyraża zgodę?
 - **Komisja konkursowa informuje, że dopuszcza proponowane badania.**
10. łańcuchu wolne, lekkie. Proponujemy oznaczenie w surowicy.
 - **Komisja konkursowa informuje, że dopuszcza proponowane badania.**
11. mikroalbuminuria-ACR. Czy zamawiający wymaga wykonania wskaźnika ACR?
 - **Komisja konkursowa informuje, że wymaga wykonania wskaźnika ACR.**
12. Morfologia szpiku + barwienia. Proszę o doprecyzowanie jakie konkretnie barwienia?
 - **Komisja konkursowa informuje, że nie precyzuje dodatkowo wykonanych barwień, które są wykonywane według potrzeby.**

13. Nadkrzepliwość wrodzona. Proszę o doprecyzowanie jakie badania mają wchodzić w skład panelu? Proponujemy badanie: Wykrywanie obecności wariantu patogenego c.1601G>A (mutacja typu Leiden) w genie F5 oraz obecności c.*97G>A(c.20210G>A) w genie protrombiny, F2 metodą Real-Time PCR.
- **Komisja konkursowa informuje, że dopuszcza proponowane badania.**
14. Nadkrzepliwość, panel rozszerzony. Proszę o doprecyzowanie jakie badania mają wchodzić w skład panelu?
- **Komisja konkursowa informuje, że wymaga - (FVL G1691A/R506Q, FV H1299R, FII G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G).**
15. p-ciała p/granulocytarne ANCA. Proszę o doprecyzowanie metody badanej. Proponujemy wykonanie IIF.
- **Komisja konkursowa informuje, że wyraża zgodę.**
16. p-ciała p/retikulino IgM. Proponujemy w klasie IGA.
- **Komisja konkursowa informuje, że wyraża zgodę.**
17. p-ciała p. kile IgG. Proponujemy test WR.
- **Komisja konkursowa informuje, że podtrzymuje zapisy Załącznika nr 2.**
18. p-ciała p. kile IgM. Proponujemy test WR
- **Komisja konkursowa informuje, że podtrzymuje zapisy Załącznika nr 2.**
19. panel neuroimmunologiczny. Proponujemy/c neuronalne (NMDA-R, AMPA-R, GABAB-R, LGI1, CASPR2, DPPX).
- **Komisja konkursowa informuje, że dopuszcza proponowane badania.**
20. panel onkoneuronalny. Proponujemy: P/C ONKONEURONALNE MOZAIKA ANTYGENÓW (HU, RI, YO, CV-2, PNMA2 (MA2/TA), REKOWERYNA, AMFIFIZYNA, SOX-1, TYTYNA).
- **Komisja konkursowa informuje, że dopuszcza proponowane badania.**
21. panel wątrobowy pełny. Proponujemy: Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF.
- **Komisja konkursowa informuje, że dopuszcza proponowane badania.**
22. panel wątrobowy specjalistyczny. Proponujemy: Panel wątrobowy rozszerzony (AMA-M2, 3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) met. ImmunoBlot.
- **Komisja konkursowa informuje, że dopuszcza proponowane badania.**
23. panel jelitowy. Prosimy o doprecyzowanie jakie konkretnie badania mają być wykonywane. Proponujemy p/c S. cerevisia ASCA w kalsie IgA oraz IgG, p/c przeciw kom. Zewnątrzwydzielniczym trzustki oraz p/c przeciw mieloperoksydazie MPO.
- **Komisja konkursowa informuje, że dopuszcza proponowane badania.**
24. posiew w kierunku gruźlicy na podłoża stałe. Proszę o doprecyzowanie, czy wymaga się wykonania identyfikacji i antybiogramu? Ponadto czy w przypadku uzyskania prątków atypowych wykonania identyfikacji do grupy i antybiogramu poszerzonego?
- **Komisja konkursowa informuje, że wymaga się wykonania identyfikacji i antybiogramu, preparatu bezpośredniego a w przypadku uzyskania prątków atypowych wykonania identyfikacji do grupy i antybiogramu poszerzonego.**
25. posiew w kierunku gruźlicy w systemie automatycznym. Proszę o doprecyzowanie, czy wymaga się wykonania identyfikacji i antybiogramu? Ponadto czy w przypadku uzyskania prątków atypowych wykonania identyfikacji do grupy i antybiogramu poszerzonego?
- **Komisja konkursowa informuje, że wymaga wykonania identyfikacji i antybiogramu oraz preparatu bezpośredniego a w przypadku uzyskania prątków atypowych wykonania identyfikacji do grupy i antybiogramu poszerzonego.**
26. Wazopresyna. Proponujemy oznaczenie kopeptyny ze względu na stabilność.
- **Komisja konkursowa informuje, że podtrzymuje zapisy Załącznika nr 2.**